HOLTEC

15 Hameau du Buisson Morlu
95670 Marly La Ville - France
Tel: 01.34.68.85.01
Fax: 01.34.72.97.05

MODE D'EMPLOI

REF. PRODUIT : **06051406 (B)**

SYSTEME POUR PHLEBOTOMIE

POCHE POUR SAIGNEE THERAPEUTIQUE



POUR PROTEGER LE SYSTEME DE PONCTION VEINEUSE , FAIRE COULISSER LE SYSTEME DE PONCTION DANS LE PROTECTEUR EN TIRANT LEGEREMENT SUR LA TUBULURE. FAIRE ROULER LA TUBULURE ENTRE SES DOIGTS POUR BLOQUER LE LUER LOCK ENTRE LES ERGOTS DU PROTECTEUR ET TIRER SUR LA TUBULURE POUR BLOQUER DEFINITIVEMENT LE SYSTEME DE PONCTION VEINEUSE.

CE 0123

Classe stérile IIa

Le système est exempt de Latex

1. Précautions d'emploi :

- Conserver à l'abri du gel et plus généralement à une température comprise entre +10°C et +35°C.
- Conserver dans une ambiance saine avec une humidité atmosphérique comprise entre 50 % et 60 %.
- Vérifier l'intégrité de l'emballage et s'assurer que le système ne présente aucun signe d'altération visible.
- Respecter les règles usuelles d'asepsie.
- Ne pas utiliser si le dispositif et/ou l'emballage présente un défaut d'intégrité ou un signe visible d'altération.
- S'assurer que les capuchons protecteurs sont présents.
- Dispositif à usage unique. NE PAS REUTILISER.

2. Utilisation :

- Préparer l'ensemble du matériel nécessaire à la réalisation de la saignée thérapeutique.
- Ouvrir le suremballage.
- Choisir une veine visible et facile pour la ponction veineuse et poser le garrot.
- Procéder à une asepsie correcte du site de ponction.
- Fermer le clamp à roulette et le clamp escargot .
- Retirer le capuchon protecteur du système de ponction veineuse.
- Procéder à la ponction veineuse.
- Ouvrir le clamp à roulette pour prélever le sang veineux dans la poche de transfert.
- Positionner la poche de recueil en contre-bas par rapport au patient, sur une surface propre ou suspendue à l'aide des œillets de la poche de recueil.
- Si nécessaire procéder aux prélèvements d'échantillons sanguins pour analyses biologiques, en utilisant le raccord en Y et le dispositif de prélèvement d'échantillons sous vide. **NE PAS DECONNECTER ET NE PAS RECUPERER LE MATERIEL D'ECHANTILLONNAGE SOUS VIDE.**
- A la fin de la ponction, protéger le système de ponction veineuse avec le protecteur présent, fermer les clamps et éliminer le matériel selon la réglementation en vigueur.

Ne jamais recapuchonner les aiguilles de prélèvement de sang mais les éliminer sans dépose intermédiaire. Le matériel utilisé pour la ponction veineuse et les dispositifs médicaux doivent être éliminés dans les conteneurs spécifiques à élimination des objets contaminés, souillés, piquants et/ou tranchants, à risque, selon la réglementation en vigueur à l'égard des objets et déchets à risque.